


Certificado de Monitor de Depressão



Nome	INTERAMIANTO	N.º do certificado	P004812
Morada	R.Mario Castelhana 42	Marca	deconta
C.P. & Local	PT 2730-120 Barcarena	Tipo	302-1 aircon + online
Pais	Portugal	N.º de série	2083
		Referência	Sr Rui Silva

	Indicação Pa	Desvio absoluto Pa
10	9,1 9,3	0,9 0,7
20	19,3 19,4	0,7 0,6
30	29,6 29,1	0,4 0,9
40	39,4 39,2	0,8 0,8
50	49,0 49,2	1,0 0,8
60	59,2 59,0	0,7 1,0
70	69,4 69,3	0,6 0,7
80	79,1 79,1	0,9 0,9
90	89,2 89,0	0,8 1,0

Eléctrico	Bom	Imperfeito	Não se aplica
Inspeção visual do cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspeção visual das tomadas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ensaio de comutação do cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspeção visual da passagem de cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Classe de segurança Classe I Classe II Classe III

Resultados da medição	Valor limite	Valor medido	Bom
Protecção da resistência de direcção	≤ 0,30 Ohm	0,42 Ohm	<input checked="" type="radio"/>
Resistência de isolamento	≥ 0,50 MOhm	310,0 MOhm	<input checked="" type="radio"/>
Corrente de fuga	≤ 7 mA	0,90 mA	<input checked="" type="radio"/>
Corrente diferencial	≤ 3,50 mA	0,50 mA	<input checked="" type="radio"/>

O equipamento foi inspeccionado de acordo com NEN 3140 et NEN_EN50110-1

Aparelho de medida Secutest 0701 S
 Número de serie M45344823
 Número de serie M41651691

Equipamento de ensaio micro-manómetro tipo 504 número de serie 960208 marca FSM alcance de medição 0-120 Pa precisão ± 0,25 % FS.

Data de inspeção 16-06-14
Data de próxima inspeção 15-06-15

Aparelho aprovado

Peças substituídas

Nome e assinatura do técnico montador S. Aholt

Asbestos Safety Technology
 Belgium nvba
 Harelbekestraat 97 B-8540 DEERLIK
 Tel 056 700 673 Fax 056 700 224
 BTW BE 0431.364.344 - Bskh Kertnij.
 RPR 0431.364.344

Prüfung nach VDE 0702
Test conform VDE 0702
Inspection according to VDE 0702
Vérification selon la norme VDE 0702
Prova conforme a la norma VDE 0702
Revisión según normativa VDE 0702
La norma española es el "Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Reglamento electrotécnico para baja tensión"

deconta

*Pouy 12
16.06.2014
15.06.2015*

Gerät / apparat / device / appareil / apparecchio / aparato aircontrol + online (Interamianto)
 Typ / type / tipo 302-1
 Seriennr. / serial nr. / nr. de serie / nr. di serie 2083

Das Gerät wurde mit einem Secutest-Prüfgerät auf folgende Punkte überprüft.
 Het apparaat is m.b.v een Secutest getest.
 This device was inspected by Secutest as follows.
 L'appareil a été contrôlé par système Secutest pour les points suivants.
 Sono stati controllati i seguenti punti dell apparecchio tramite un apparecchio di controllo Secutest.
 El aparato ha sido revisado por el sistema de control Secutest.

Interamianto
 Certificate P004812

Schutzleiterwiderstand beschermingsweerstand resistance protective conductor résistance conducteur de protection resistenza conduttore di protezione resistencia conductor de protección resistência de terra	RSL	Isolationswiderstand isolatie weerstand resistance isolation perte électrique resistenza d'isolamento resistencia de aislamiento resistência de isolamento	RISO
---	-----	--	------

Ableitstrom lekstroom stray current mise á la terre deviazione della corrente corriente de fuga diferencia de potencial eléctrico		Kurzschlußtest kortsluittest short-circuit test teste du court circuit controllo di cortocircuito control corto circuito teste de curto-circuito	
---	--	--	--

Sichtprüfung visuele controle visual inspection test ponctuel collaudo visivo control visual		Funktionsprobe funktietest function test test de fonctionnement controllo del funzionamento comprobación de funcionamiento teste de funcionamiento	
---	--	--	--

Meßwerte / gemeten waarde / measuring value / values mesurées / valori misurazione / valores medición	Grenzwerte / limit values / grenswaarde / values limite / valori limite / valores limite	VDE 0702 bestanden / is o.k. / passed / réussie / superate / superado
RSL 0,042	<0,300 Ohm	Funktions-test bestanden / funktietest is o.k. / function test passed / test de fonction réussi / prova di funzionamento superata / comprobacion de funcionamiento superado
RISO 310,0	>1,000 MOhm	
UISO 522	500 V	
IEA 0,90	<3,500 mA	Sichtprüfung bestanden / visuelle controle is o.k. / visual inspection passed / contrôle visuel réussi / esame a vista superato / control visual superado
r I 0,51	<3,500 mA	
ULN 186,7	253 V	
Pmax 13		
LF		
Imax 0,08		

Datum / date / data / fecha 20.06.2014

Prüfer / tester / gauger / interrogatuer / interrogatore / comprobador Aholt



**Kalibrierzertifikat
Testcertificaat
Certificate of calibration
Certificat de calibrage
Certificato di calibracion
Certificado de calibración**

deconta

Gerät / apparat / device / appareil / apparecchio / aparato aircontrol + online (Interamianto)
Typ / type / tipo 302-1
Seriennr. / serial nr. / nr. de serie / nr. di serie 2083

gemäß / conform / according to / selon la norme / norma / según normativa DIN 16086
Bereich / bereik / plage de mesure / range / campo / zona 0-99 Pa
Abweichung / afwijking / deviation / déviation / deviazione / desviación +/- 5% (20-90 Pa)
+/- 20% (0-19 Pa)

Referenz / referentie / reference / référence / referenza / referencia

Mikromanometer EMA 150
9012.0081IG40185
0-199,9 Pa

Transmitter / sensor / senseur / sensore 1

Anzeige / anduiding / indication /
indicazione / indicación

Messung / gemeten / measure /
mesure / misura / mensura

Abweichung / afwijking / deviation /
déviation / deviazione / desviación

10	9,1	0,9
20	19,3	0,7
30	29,6	0,4
40	39,4	0,6
50	49,0	1,0
60	59,2	0,8
70	69,4	0,6
80	79,1	0,9
90	89,2	0,8

Datum / date / data / fecha 20.06.2014

Prüfer / tester / gauger / interrogatuer / interrogatore / comprobador Aholt



